

Destinataire : Madame Céline Drolet
Directrice p. i. des investissements et du financement
Direction générale des finances, des infrastructures et du budget

Date : 28 février 2018

Objet : Demande d'avis de reconnaissance du besoin.
Projets de mise aux normes des unités d'endoscopie
Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
Dossier : 17-FI-00951.

Le 22 novembre 2017, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS) a transmis au ministère de la Santé et des Services sociaux des projets de mise à niveau de ses unités d'endoscopie. Le 18 janvier 2018, vous nous écriviez, souhaitant obtenir un avis relativement à l'offre de service proposé par l'établissement.

La demande du CIUSSS vise en particulier à corriger plusieurs non-conformités de deux de leurs installations en lien avec la désuétude des lieux, soit les centres hospitaliers [REDACTED]. Le dernier projet vise une augmentation de l'offre de service en plus de corriger plusieurs non-conformités physiques des lieux, soit l'Hôpital Lakeshore.

Plusieurs lacunes pour les trois installations sont rapportées par l'établissement :

Pour l'installation [REDACTED]

[REDACTED]

Pour l'installation [REDACTED]

[REDACTED]

Pour l'installation du Lakeshore :

- L'aire d'attente est petite et souvent débordement des patients dans le corridor de circulation;
- La zone souillée côtoie la zone propre dans un espace exigu;




Pour l'installation du Lakeshore :

- Le besoin d'augmenter l'offre de service en permettant l'aménagement d'une 2^e salle d'endoscopie digestive;
- Le besoin de rapatriement des activités cystoscopiques dans une salle de cystoscopie polyvalente en les regroupant avec les activités digestives afin d'optimiser l'utilisation des ressources humaines, matérielles, organisationnelles et d'immobilisation;
- La nécessité de réaliser des travaux de réaménagement des secteurs d'accueil et de préparation-récupération;
- L'aménagement d'une URDM conforme avec sas, divisé en trois zones soit : secteur souillé, secteur propre et secteur stérile avec cheminement unidirectionnel des dispositifs jusqu'à la salle d'entreposage avec armoires ventilées dédiée aux endoscopes;
- L'établissement devrait évaluer dans un premier temps la possibilité de centraliser le retraitement de tous les endoscopes à l'URDM central. Dans l'impossibilité de mettre en place cette première recommandation, la deuxième serait de centraliser le retraitement de l'ensemble des endoscopes dans un seul URDM satellite. Ces orientations permettraient d'optimiser l'utilisation des ressources humaines, matérielles, organisationnelles et d'immobilisation. Ce qui se traduirait, non seulement par un gain d'efficacité, mais également un gain de qualité et de sécurité pour les patients.

Ainsi, les plans présentés devront être ajustés pour tenir compte du présent avis. Nous souhaitons être impliqués dans les étapes subséquentes des projets et demeurons disponibles pour en discuter, le cas échéant.

La directrice générale adjointe,



Cathy Rouleau